

SPECIFICHE TECNICHE

UR 1 (Resp. Scientifico Prof. ssa E. Ciani)

GARA 1 - LOTTO 9 PREPARATIVA DI BASE (CENTRIFUGA)

ATTREZZATURA N. 2: CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO

- Centrifuga da banco con motore a induzione senza spazzole controllata da microprocessore in grado di sviluppare una velocità di almeno 30.000 rpm e una forza di gravità di almeno 64.000 x g
- Temperatura minima della camera alla massima velocità inferiore o uguale a 2° C
- Memoria dei programmi (almeno 10 programmi memorizzabili)
- Display digitale di controllo
- Protetta contro lo sbilanciamento del rotore
- Funzionamento con Timer almeno fino a 8 ore e in continuo
- Tasto per brevi ed immediate centrifugazioni
- Possibilità di montare rotori a bracci oscillanti e rotori con sistema di biosicurezza
- Identificazione automatica dei rotori con sensori magnetici

Completa di:

- Rotore ad angolo fisso per tubi conici con almeno 6 alloggi, per tubi da almeno 50 ml (con velocità di almeno 10.000 rpm)
- Serie di adattatori per tubi conici da 15 ml

Il sistema deve inoltre presentare:

- Marchio CE, marchio ISO EN 9001
- Garanzia (copertura full risks su tutte le componenti e strumentazioni accessorie) per 24 mesi dalla data di collaudo.
- Tempo utile per la consegna, installazione e collaudo: 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto