

D.: PIANO LAVORO PER CAPPACCHIMICA

Nel capitolato speciale di appalto all'art.31 "Norme Tecniche" a pagina 30 a corredo delle cappe chimiche viene richiesto che "il piano di lavoro dovrà essere...., in gres monolitico.

Si prega confermare se il piano di lavoro, a corredo di tutte le cappe chimiche richieste, debba essere in gres monolitico.

R.: L'art.31 – Norme Tecniche - del Capitolato Speciale d'Appalto, definisce, tra l'altro, le varie tipologie di piani di lavoro. La fornitura in appalto dovrà comprendere quella espressamente indicata nella "lista delle forniture", ed in particolare alla voce b.02.01.

D.: ARMADIO DI SICUREZZA SOTTOCAPPACCHIMICA.

Nel capitolato speciale di appalto all'art.31 "Norme Tecniche" a pagina 31 sono previsti come sotto cappa tanto gli armadietti per infiammabili quanto gli armadietti per prodotti chimici acidi e basi.

Nella lista delle forniture e nel computo metrico estimativo viene richiesto a corredo di tutte le cappe chimiche un armadietto di sicurezza per acidi e basi in aspirazione certificato EN 14470-1, certificazione invece prescritta esclusivamente per gli armadietti di sicurezza per infiammabili.

Si chiede conferma circa la dotazione dell'armadietto di sicurezza a corredo di tutte le cappe chimiche richieste.

R.: L'art.31 – Norme Tecniche - del Capitolato Speciale d'Appalto, definisce, tra l'altro, le varie tipologie di armadi di sicurezza sottocappa. La fornitura in appalto dovrà comprendere quella espressamente indicata nella "lista delle forniture", ed in particolare alla voce b.02.01. La certificazione EN 14470-1, erroneamente indicata nella voce di prezzo b.02.01, si riferisce agli armadi di sicurezza per infiammabili non previsti nella fornitura.

D.: ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI.

Nel capitolato speciale di appalto all'art.31 "norme tecniche" a pag. 33 viene richiesto un armadio per infiammabili a due ante allestito con cassette interni estraibili con chiusura automatica in caso di incendio; sistema blocco porte; dispositivo chiusura automatica porte in caso di incendio; dispositivo apertura entrambe ante con una mano; dispositivo chiusura ritardata ecc. ecc.

Nella lista delle forniture e nel computo metrico estimativo, in maniera sintetica, viene richiesto un armadio con chiusura a soffietto e non ad ante, completo di dispositivo di aperture porte a sensore di rilevamento persona temporizzato e non con dispositivo di apertura porte con una mano.

Si chiede se i due diversi allestimenti richiesti sono da voi ritenuti equivalenti.

R.: L'art.31 – Norme Tecniche - del Capitolato Speciale d'Appalto, definisce, tra l'altro, le varie tipologie di armadi. La fornitura in appalto dovrà comprendere quella espressamente indicata nella "lista delle forniture", ed in particolare alla voce b.06.03.