

GARA 2 - LOTTO 4 (DIAGNOSTICA CLINICA)

Specifiche tecniche strumentazione UR 5 (Resp. Scientifico Prof. G.M. LACALANDRA)

ATTREZZATURA N° 1: ECOGRAFO DOPPLER:

- Imaging X-view 2D/TEI/M-Mode/Doppler PW (HPRF)
- HD Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler Direzionale
- X-Flow per incrementare la sensibilità e risoluzione dei flussi
- Steering del B-Mode
- Doppler CW Pencil
- Archivio Real - Time integrato completo di masterizzatore CD/DVD
- Porte USB
- Wi-Fi Connection
- Cine Memory – Zoom HD – Uscita ECG
- Monitor X-LCD integrato 19 con braccio articolato
- Compound Spaziale M-View
- Regolazione automatica del B-Mode e Doppler
- TP-View per visione trapezoidale
- Applicazione GENERAL IMAGING
- Standard di rete
- Video PAL
- Manuale d'uso
- Accessori d'uso

Accessori:

- Sonda lineare, multifrequenza, a banda larga e multipla in trasmissione e ricezione. Completa di comandi configurabili
- Sonda lineare, 3-13 MHz, multifrequenza, a banda larga e multipla in trasmissione e ricezione
- Sonda Micro-convex a matrice, multifrequenza e larga banda
- Stampante laser a colori, formato A4 tramite cavo USB