

Quesito

Dall'esame della documentazione di gara abbiamo rilevato che tra le caratteristiche minime della strumentazione scientifica oggetto di fornitura è indicata anche la "colonna elettronica senza crossover"

Si chiede quindi se tale indicazione debba intendersi accompagnata dall'espressione "o equivalente" così come previsto dall'art. 68 del D. Lgs. 163/2006 e pertanto che la scrivente Società possa presentare la propria offerta con la sola precisazione che "le soluzioni (...) proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche" con riguardo alla colonna elettronica.

Risposta

Nelle specifiche tecniche relative al lotto 1 per "colonna elettronica senza cross-over" si intende un sistema costruttivo in grado di ridurre significativamente le aberrazioni dell'immagine ad elevati ingrandimenti, sia ad elevate che a basse tensioni di accelerazione. Tuttavia ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. "l'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta". Tali soluzioni "equivalenti" saranno esaminate in sede di gara. Quindi l'offerta di un sistema equivalente a quello di cui alle specifiche tecniche, deve garantire le stesse caratteristiche funzionali e prestazionali richieste per gli usi indicati nel progetto "Reti di Laboratori Pubblici di Ricerca - Micro X-ray Lab per la tutela del suolo e lo sviluppo tecnologico di processi per la bonifica del suolo".