

Quesito

A seguito di analisi della documentazione di gara abbiamo riscontrato che il lotto 1 include, oltre alla fornitura di un microscopio elettronico a scansione, anche la fornitura di arredi (vd. Allegato B delle specifiche tecniche) e lavori di muratura, climatizzazione e cablatura (vd. Allegato C delle specifiche tecniche), richiesta del tutto anomala rispetto alle normali procedure di gara per la fornitura di strumentazioni scientifiche.

La formulazione di un lotto con tipologie di prodotti e servizi così diversi e vasti, crediamo sia in contrasto con il "Codice Europeo di Buone Pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici", in quanto privilegia aziende di dimensioni maggiori che hanno nelle proprie attività societarie, attività diversificate.

Questo ci pregiudica di partecipare ad un bando di gara per la fornitura di strumentazione che potremmo invece proporre e toglie a codesta amministrazione la possibilità di ricevere diverse offerte per una reale competizione sia tecnica che economica.

Risposta

Nelle specifiche tecniche relative al lotto 1 è richiesto l'allestimento di un "Laboratorio di microscopia elettronica dotato di un microscopio elettronico a scansione a pressione variabile con sorgente di elettroni ad emissione di campo e sistema di microanalisi (SEM-EDX)" e non la semplice fornitura ed installazione di un FESEM-EDX. Tale specifica richiesta è resa necessaria in quanto bisogna allestire un laboratorio funzionale alla strumentazione da installare che potenzialmente potrebbe prevedere opere differenti in funzione della strumentazione che ogni ditta partecipante intende offrire. Per questo motivo è esplicitamente richiesto nel bando, a pena di esclusione, un sopralluogo preliminare degli ambienti da parte della Ditta che intende partecipare alla gara, in modo che possa verificare e certificare la compatibilità della strumentazione proposta con gli ambienti destinati alla sua installazione. Si fa presente, inoltre, che le opere da realizzare sono di modesta entità rispetto alla base d'asta e presentano un capitolato tecnico non particolarmente rilevante, che moltissime imprese, anche di piccole e medie dimensioni, possono essere in grado di offrire, magari avvalendosi del contratto di subappalto (art. 13 pag. 5 del Capitolato d'Oneri). Pertanto la stazione appaltante non ritiene che tali condizioni possano in alcun modo pregiudicare la partecipazione delle imprese del settore alla gara.